

Flexibilisierung des Akkreditierungsbereichs

FB-GF Flexibilisierung
Rev.1

Nr.	Dokument/Norm	Stand Ausgabe	Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingung	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkung	Datum Einführung	FB-GF Flexibilisierung Rev.1		Freigabe	Neuster Stand	Zurückgezogen	Verwendet bis
									VA	Prüfung				
1	DKD-R-3-1 Blatt 1-3 Frequenz	Seite1- 2 2019 Seite 3 2020	Beschleunigung Sinusförmig Schwingungsaufnehmer	10 m/s ² bis 300 m/s ²	Frequenz: 5 Hz bis < 10 Hz 10 Hz bis 1 kHz > 1 kHz bis 5 kHz > 5 kHz bis 10 kHz Ref. Frequenz 80/160 Hz	2,5 % / 1,5° 1,5 % / 1,3° 1,8 % / 1,5° 2,8 % / 2,8° 1,0 % / 1,0°	Kalibrierergebnis: Übertragungs- koeffizient Betrag / Phasenwinkel	15.05.2018	Bay	15.06.2018	15.06.2018	Seite1- 2 2019 Seite 3 2020		
2	DKD-R-3-1 Blatt 1-3 Impulsbreiten	Seite1- 2 2019 Seite 3 2020	Stoßförmig Schwingungsaufnehmer	300 m/s ² bis 2 km/s ²	Impulsbreiten: 10ms bis 1 ms	2,0%	Anregung mit Stoßpendel Übertragungs- koeffizient Betrag	15.05.2018	Bay	15.06.2018	15.06.2018	Seite1- 2 2019 Seite 3 2020		